

## Príloha k rozhodnutiu č. 714/8849/2020/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. K-135 zo dňa 29.10.2020.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou  
uvedeného osvedčenia

## Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu: **TOPTEST s.r.o.**  
**Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o.**  
 Bratislavská 25, 949 01 Nitra

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Položka	Druh meradla, meracieho prostriedku	Merací rozsah	Rozšírená neistota $U$ ( $k=2$ )	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh/Princíp	Označenie	
1	Momentové kľúče	(2 až 100) Nm (100 až 1100) Nm	1,0 % MH <sup>1)</sup> 0,9 % MH <sup>1)</sup>	Priame porovnanie s etalónom	STN EN ISO 6789 (PP-Momentové kľúče)	v laboratóriu <sup>2)</sup>
2	Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel	(0 až 15) bar	0,03 bar	Priame porovnanie s etalónom	STN EN 12645 (PP-Pneumerače)	v laboratóriu, aj u zákazníka <sup>3)</sup>
3	Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom	CO (0,5 až 3,5) % obj. CO <sub>2</sub> (6 až 14) % obj. HC (90 až 1100).10 <sup>-6</sup> % obj.	0,02 % obj. 0,15 % obj. 6.10 <sup>-6</sup> % obj.	Priame porovnanie s CRM <sup>5)</sup>	STN 99 9701 (PP-Analyzátory)	v laboratóriu, aj u zákazníka <sup>4)</sup>

## Poznámky:

1) MH - Z meranej hodnoty.

2) Pre účely autorizácie podľa § 31 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 42 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

3) Pre účely autorizácie podľa § 31 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 36 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

4) Pre účely autorizácie podľa § 31 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 61 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

5) CRM - Certifikovaný referenčný materiál.

\*\*\*